

Lagerungshinweise für Kalibrierlecks / Storage instructions for calibration leaks

Die nachfolgenden Lagerungshinweise gelten für Kalibrierlecks folgender Typen:

KALIBRIERLECK	TEILENUMMER
Einschraubhülse, 5 mm Ø	143 00
Einschraubhülse, 6 mm Ø	143 16
PIN-type Gehäuse und Schlauchstutzen	143 08
PIN-type Gehäuse und Schlauchstutzen, TL 4	155 65
PIN-type Gehäuse und Schlauchstutzen, TL 6	155 66
PIN-type Gehäuse und VCO-Anschluss	143 04
Zylindrisches Gehäuse und VCO-Anschluss	143 12
Einschraubkalibrierleck	143 20
Einschraubkalibrierleck, Druck auf kurzer Seite	143 21

The following storage instructions apply to calibration leaks of the following types:

CALIBRATED LEAK	PART NUMBER
Screw-in sleeve, 5 mm Ø	143 00
Screw-in sleeve, 6 mm Ø	143 16
Pin-type casing & hose nozzle	143 08
Pin-type casing & hose nozzle, TL4	155 65
Pin-type casing & hose nozzle, TL6	155 66
Pin-type casing and VCO fitting	143 04
Cylindrical casing and VCO fitting	143 12
Screw-in leak	143 20
Screw-in leak, pressure on short side	143 21

Lagerung

HINWEIS

Defekt des Kalibrierlecks durch unsachgemäße Lagerung

Zu hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit Kondensatbildung kann die Lebensdauer des Kalibrierlecks erheblich verkürzen.

- ▶ Im Verschlussenen und Beschädigungsfreien PE Beutel zusammen mit dem Original Silica Gel ist eine Lagerzeit von mindestens 2 Jahren garantiert, wir empfehlen nach 2 Jahren den Trockenmittelbeutel zu ersetzen.
- ▶ Lagern Sie die Kalibrierlecks kühl.

Storage

HINWEIS

Defect of the calibration leak due to improper storage

Too high humidity in combination with condensate formation can significantly shorten the lifetime of the calibration leak.

- ▶ In the sealed and damage-free PE bag together with the original silica gel, a storage time of at least 2 years is guaranteed, we recommend replacing the drying agent bag after 2 years.
- ▶ Store the calibration leaks in a cool place.